

機械器具68 印象採得又は咬合採得用器具  
一般医療機器 歯科材料加温器 70720000

遠赤ウォーマー DEC-5

【形状・構造及び原理等】

形状: カートリッジ用 W120×D150×H95(mm)・約1.5kg

クリエイト用 W120×D150×H103(mm)・約1.6kg

構造等: アルミブロックを、AC100Vを電源としたヒーターにて一定時間所定の温度で加熱し、アルミブロック部にセットされたゲル状の歯科用寒天印象材をゾル状に変化させた後、使用可能な温度にて保存をする歯科材料加温器。

【品目仕様】

型式: DEC-5

定格電源: AC100V、50/60Hz

電源入力: 150VA

溶解温度: 98±1°C

溶解保持時間: 1~30分

保存温度: 55~70°C

予約タイマー: 1~60時間

メモリー機能: 予約タイマー・溶解保持時間・保存温度

寒天処理能力: カートリッジ16本(8本×2)

寒天ガイドカバー: カートリッジタイプ用

クリエイトタイプ(5/16インチ)用

異常保護: 過熱検知105°C ヒューズ 2A

【使用目的又は効能】

使用目的・用途: 歯科用寒天印象材等を適切な使用状態に維持するために用いる加温装置。

【使用方法等】

- (1) アルミブロックの所定位置に歯科用寒天印象材カートリッジ一日使用分をセットし、POWERボタンを押す。(赤ランプ点灯)
- (2) 設定温度の変更が必要な場合はこの時点で行う。
- (3) 約35分で使用可能。(緑ランプ点灯)
- (4) 印象採得時に術者の手に少量採って、適温であることを確かめてから使用する。

【使用方法上の注意】

- \*(1) 本器の下にタオル、紙等を置かない事。下部には吸気口があり故障の原因となります。
- (2) 赤色ランプ点灯中は、ガイドカバー(黒い部分)及び寒天カートリッジには触れない事。
- (3) POWERボタンをOFFにした時には、直ぐに電源コードを抜かない事。火傷防止のため50°C以下に冷えるまでファンが回転しています。

- (4) 使用後はPOWERボタンをOFFにする事。また長期間使用しないときは電源プラグをコンセントから抜く事。絶縁劣化による感電・火災のおそれがあります。
- (5) ガイドカバー内に流出した寒天を清掃するため、またガイドカバーを交換するためにガイドカバーを取り外す場合は、必ず電源プラグを抜き、本器の内部が冷えてから作業する事。
- (6) 温度異常の場合(数値表示部がHiで点滅し、電子音がピッピッと連続している時)には、速やかに電源プラグを抜く事。異常動作をしてけがをするおそれがありますので、サービスマンによる点検修理を受けてください。

【使用上の注意】

- (1) 濡れた手で電源プラグをコンセントから抜き差ししない事。感電するおそれがあります。
- (2) 水をかけない事。感電・火災のおそれがあります。
- (3) 引火性のものを近くに置かない事。爆発したり火災のおそれがあります。
- (4) 交流100V・2A以上の電源コンセントを使用する事。火災・感電の恐れがあります。

【保管方法及び有効期間等】

貯蔵・保管方法: 直射日光を避け、高温多湿でないところ。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社 クラーク

及び製造業者

住所 〒340-0832

埼玉県八潮市柳之宮屋敷通223番地2

電話番号 048-994-1825